

食品科技学院实验室安全检查通报

10月24日，南京航空航天大学将军路校区一实验室发生爆燃，共造成2人死亡，9人受伤。为及时吸取这一惨痛教训，资产与实验室管理处联合保卫处、教务处和科技处等部门在全校范围内开展了实验室安全检查，其中对我院部分实验室进行了检查，现对发现的共性问题通报如下：

一、危险化学品管理不够规范：易制毒、易制爆等危险化学品入库记录和使用记录不健全；配置试剂标签不规范甚至没有标签；部分危险化学品没有入柜上锁保管。

二、重点设备操作规程不健全：部分实验室灭菌锅等危险设备没有使用说明；部分高温设备没有安全警示。

三、实验室管理不够严格：部分实验室出入登记不规范；存在长时间实验室没人也不上锁等安全隐患；部分实验室存在煮饭现象；电动车停放和充电不规范等。

四、针对检查发现的问题，学院制定了如下整改措施：

（一）责成相关实验室对发现的问题举一反三、及时整改；

（二）做好危险化学品全流程规范管理。按照学校制度，严格执行申购、入库、使用登记和废液处置；规范配置试剂标签，试剂即配即贴标签。

（三）严格执行实验室管理，做好实验室出入登记和内务管理，消除不安全因素。

请全体老师高度重视实验室安全，组织师生对各实验室存在的安全隐患进行排查和整改，对发现的问题整改不到位的将予以通报；请实验指导老师做好学生安全教育，提高风险意识，加强安全管理。

食品科技学院

2021年10月26日